华新水泥（恩施）有限公司[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 1 废气污染物监测点位及项目设置

序号	监测点位	排放口编号	排放口名称	监测项目
1	窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物
2	窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
3	水泥磨	DA009	水泥磨废气	颗粒物
4	煤磨	DA013	煤磨废气	颗粒物
5	原煤堆棚	DA003	原煤堆棚废气	颗粒物
6	堆棚	DA004	堆棚废气	

序号	监测点位	排放口编号	排放口名称	监测项目
1	废水	DW001	废水总排放口	pH 值、氨氮（NH3-N）、氟化物、化学需氧量、

				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）、水温、流量

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目竣工环境保护验收监测时点位布设情况一致。水泥生产线：厂区北面设置4个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门，厂区南面设置

项目名称	监测方法及方法依据	仪器设备名称及编号
氮氧化物	非色散红外吸收法（NDIR）：HJ/T76-2007	STEP-CEMS

表 4 有组织废气污染物手工监测方法、使用仪器

项目名称	监测方法及方法依据	仪器设备名称及编号
氟化物	氟离子选择电极法 HJ/T 67-2001	[illegible]

颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ1263-2022）	SQP电子天平
氨气	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	SP-52 紫外可见分光光度计
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	无油采样器
氯化氢	固定污染源废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行） HJ549-2016	CIC-D120 离子色谱仪
氟化物	固定污染源废气 氟化物的测定 离子选择电极法（暂行） HJ/T 67-2001	PXSJ-216F 离子计
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014	烟气分析仪
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011	烟气分析仪
烟气黑度	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼黑度法 HJ/T 398-2007	林格曼黑度计

表 6 废水污染物手工监测方法、使用仪器

项目名称	监测方法及方法依据	仪器设备名称及编号

pH值		水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020			

15	堆棚	DA004	颗粒物	
窑尾	二氧化硫	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	全天，表 2 水泥窑排放标准	≤200mg/m³
	氮氧化物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	全天，表 2 水泥窑排放标准	＜400mg/m³
窑尾	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	全天，表 2 水泥窑排放标准	≤30mg/m³
				5mg/m3
窑尾	氨（氨气）	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	季度，表 2 水泥窑排放标准	＜0.05mg/m3

		准》（GB4915-2013）	放标准	
水泥磨	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	季度，表 2 水泥窑排放标准	＜20mg/m3
煤磨	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	季度，表 2 水泥窑排放标准	＜30mg/m3
均化库顶	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	季度，表 2 水泥窑排放标准	＜20mg/m3
产线厂界		准》（GB4915-2013）	放标准	＜0.5mg/m3
矿山破	颗粒物，	《大气污染物综合排放标准》	季度，表 2 无组织排	＜1.0mg/m3

碎厂界		（GB16297-1996）	放标准	

2、 在线监测系统比对监测结果评价标准

表 10 参照 HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求

检测项目			考核指标
			排放浓度≥250μmol/mol(715mg/m3)时，相对准确度≤15%
			50μmol/mol(143mg/m3)≤排放浓度<250μmol/mol（715mg/m3）时，绝对误差不超过±20μmol/mol(57mg/m3)
	二氧化硫	准确度	20μmol/mol(57mg/m3）≤排放浓度<50μmol/mol（143mg/m3）时
			绝对误差不超过±20μmol/mol(41mg/m3)
	氮氧化物	准确度	20μmol/mol(41mg/m3）≤排放浓度<50μmol/mol （103mg/m3）时，相对误差不超过±30%
			排放浓度<20μmol/mol(41mg/m3）时，绝对误差不超过±6μmol/mol(12mg/m3）
	其它气态污染物	准确度	相对准确度≤15%
氧气 CMS	O2	准确度	>5.0%时，相对准确度≤15%
			≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0%
颗粒物 CEMS	颗粒物	准确度	50mg / m³<排放浓度≤100mg/m3 时，相对误差不超过±25%
			20mg / m³<排放浓度≤50mg/m3 时，相对误差不超过±30%
			流速≤10m/s 时，相对误差不超过±12%
温度 CMS	温度	准确度	绝对误差不超过士 3℃
湿度 CMS	湿度	准确度	烟气湿度>5.0%时，相对误差不超过±25%
			烟气湿度≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5%

注：氮氧化物以 NO2 计，以上各参数区间划分以参比方法测量结果为准。

3、 废水污染物监测结果评价标准

表 11 废水污染物监测结果评价标准

监测	监测项目	评价标准

点位	名称及代号	时段、级别	限值

4、严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。

5、[illegible]

6、噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后[illegible]